

Acta de Junta de Aclaraciones


En la ciudad de Pachuca de Soto, capital del estado libre y soberano de Hidalgo, siendo las nueve horas con treinta minutos del día miércoles veintiuno de agosto del año dos mil diecinueve, se reunieron en el auditorio del primer piso, del edificio torres de Rectoría, sita en carretera Pachuca - Actopan km 4.5, colonia Campo de tiro, C.P. 42039, Pachuca de Soto, Hidalgo, los representantes de la convocante, mismos que firmarán al calce y al margen de la presente acta, con motivo de llevar a cabo la Junta de aclaraciones convocada a la Licitación Pública Nacional número LA-913014998-E17-2019, **Mantenimientos**, misma que fue requerida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 28 fracción I, 33 y 33 bis de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

No encontrándose ningún participante, la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios procede a realizar el evento.

Aclaraciones Administrativas:

A) Por la convocante:

- La Licitación LA-913014998-E17-2019, Mantenimientos es presencial.
- La factura se realizará conforme a la orden de compra, incluyendo número de orden de compra.
- Presentar la propuesta técnica (anexo 12) y económica (anexo 13) en formato electrónico Excel.
- Referente a todas las partidas se requiere de garantía de cumplimiento, dependiendo del importe adjudicado; se firma contrato a partir de 300 UMAS \$25,347.00 durante 2019; de \$25,347.01 a \$99,999.99 se requiere como garantía de cumplimiento cheque certificado por el 10% del importe total adjudicado, el cual será devuelto al proveedor al momento del pago previa solicitud de este; a partir de \$100,000.00 se requiere fianza por el 10% del importe total adjudicado.
- Referente al punto 1.4. Plazo y condiciones de entrega, El plazo de entrega será de 30 días naturales.
- La garantía de los servicios será de un año.



Juntas de Aclaraciones

B) Por los concursantes:

1.-Roberto Blanco Lunar, manifiesta vía electrónica no tener aclaraciones administrativas.

Aclaraciones Técnicas:

A) Por la convocante:

Referente a las siguientes partidas se aclara: 60,63, 64, 65,66, 71, 72,73, 74, 75,76 y 77, se requiere el cambio de llaves de agua, gas y aire cambio de contactos y tapas eléctricos, canastas para tarja y empaques de las mezcladoras.

Referente a las partidas de la 83 a la 271, los mantenimientos preventivos deberán incluir ajuste, limpieza, pruebas de funcionamiento y en su caso lubricación y calibración.

Referente a las partidas de la 83 a la 271, los mantenimientos correctivos deberán incluir la reparación, ajuste, limpieza, pruebas de funcionamiento y en su caso lubricación y calibración.

Referente a las siguientes partidas se aclara:

PARTIDA	DICE	DEBE DECIR
1	Mantenimiento correctivo a Cuenta colonias sin marca, sin modelo, sin número de serie Que consiste de limpieza general, cambio de cables revisión de partes eléctricas y pruebas de buen funcionamiento incluye Refacciones. Laboratorio Multidisciplinario	Mantenimiento correctivo a Cuenta colonias sin marca, sin modelo, sin número de serie Que consiste de limpieza general, cambio de cables, Cambio de lámpara , cambio de patas para estabilizar , revisión de partes eléctricas y pruebas de buen funcionamiento incluye Refacciones. Laboratorio Multidisciplinario
2	Mantenimiento preventivo a Baño de recirculación marca POLYSCIENCE modelo 9106 número de serie G53233. Que consiste en revisión eléctrica, revisión de refrigeración, limpieza general y pruebas de buen funcionamiento. Incluye refacciones	Mantenimiento preventivo a Baño de recirculación marca POLYSCIENCE modelo 9106 número de serie G53233. Que consiste en cambio de anticongelante, limpieza de conexiones , revisión eléctrica, revisión de refrigeración, limpieza general y pruebas de buen funcionamiento. Incluye refacciones

Juntas de Aclaraciones

3	Mantenimiento preventivo a Baño de recirculación de metal color crema con gris digital, marca JULABO modelo F25 número de serie OO137765. Que consiste en revisión eléctrica, revisión de refrigeración, limpieza general y pruebas de buen funcionamiento. Incluye refacciones Lab. Multidisciplinario	Mantenimiento preventivo a Baño de recirculación de metal color crema con gris digital, marca JULABO modelo F25 número de serie OO137765. Que <u>consiste en cambio de anticongelante, limpieza de conexiones,</u> revisión eléctrica, revisión de refrigeración, limpieza general y pruebas de buen funcionamiento. Incluye refacciones Lab. Multidisciplinario
6	Autoclave vertical con cámara cilíndrica controlada por microprocesador multifuncional, marca ISOLAB, número de serie 20305019, número de inventario 100485 medidas 85 x 60 cm, color blanco, requiere limpieza general	<u>Mantenimiento correctivo a Autoclave vertical con cámara cilíndrica controlada por microprocesador multifuncional, marca ISOLAB, número de serie 20305019, número de inventario 100485 medidas 85 x 60 cm, color blanco, requiere cambio de sello, no prende,</u> limpieza general , pruebas de buen funcionamiento
7	Mantenimiento correctivo a determinador de fibra Numero de Inventario 69342 marca labconco, modelo LAC300001-00, Numero de serie 9904914224 que consiste en cambio de una resistencia (no prende) limpieza general y pruebas de buen funcionamiento.	Mantenimiento correctivo a determinador de fibra Numero de Inventario 69342 marca labconco, modelo LAC300001-00, Numero de serie 9904914224 que consiste en cambio de una resistencia (no prende, <u>esta resistencia no calienta</u>) limpieza general y pruebas de buen funcionamiento.
9	Mantenimiento correctivo no prende a Autoclave vertical, esterilizadora de metal de acero inoxidable de acero inoxidable con válvula de aire de 35 cm. de diámetro X 110 de Altura marca GEO LAB sin modelo y sin número de serie, requiere cambio de 2 llaves mariposa, cambio de Resistencia, revisión eléctrica y limpieza general y pruebas e buen funcionamiento. Incluye Refacciones. Se encuentra en el Laboratorio multidisciplinario.	Mantenimiento correctivo no prende a Autoclave vertical, esterilizadora de metal de acero inoxidable con válvula de aire de 35 cm. de diámetro X 110 de Altura marca GEO LAB sin modelo y sin número de serie, requiere cambio de 2 llaves mariposa, <u>cambio de sellos y de control de temperatura,</u> revisión eléctrica y limpieza general y pruebas e buen funcionamiento. Incluye Refacciones. Se encuentra en el Laboratorio multidisciplinario.

Juntas de Aclaraciones

10	<p>Mantenimiento preventivo Baño de recirculación marca ECOLINE STAREDITION modelo RE220 LAUDA número de serie LCK4874-07-0011. Que consiste en revisión eléctrica, revisión de refrigeración, Cambio de mangueras limpieza general y pruebas de buen funcionamiento. Incluye refacciones Lab. Multidisciplinario</p>	<p>Mantenimiento preventivo Baño de recirculación marca ECOLINE STAREDITION modelo RE220 LAUDA número de serie LCK4874-07-0011. Que consiste <u>en cambio de anticongelante, limpieza de conexiones</u> en revisión eléctrica, revisión de refrigeración, Cambio de mangueras limpieza general y pruebas de buen funcionamiento. Incluye refacciones Lab. Multidisciplinario</p>
17	<p>Mantenimiento correctivo a Autoclave vertical, esterilizadora de metal de acero inoxidable con válvula de aire y manómetro 31 CM de diámetro X110 Altura Marca AESA modelo CV250 Número de serie 211 que consiste en revisión de resistencias, revisión eléctrica, cambio llaves mariposas, limpieza general y pruebas de buen funcionamiento. Incluye refacciones se encuentra en el Laboratorio Multidisciplinario</p>	<p>Mantenimiento correctivo a Autoclave vertical, esterilizadora de metal de acero inoxidable con válvula de aire y manómetro 31 CM de diámetro X110 Altura Marca AESA modelo CV250 Número de serie 211 que consiste en revisión de resistencias, revisión eléctrica, cambio llaves mariposas, <u>cambio de sellos y de control de temperatura</u>, limpieza general y pruebas de buen funcionamiento. Incluye refacciones se encuentra en el Laboratorio Multidisciplinario</p>
18	<p>Mantenimiento correctivo a Autoclave vertical, esterilizadora de metal de acero inoxidable De acero inoxidable con válvula de aire de 33 cm. de diámetro X 110 de Altura sin marca, sin modelo y sin número de serie, requiere cambio de 3 llaves mariposa, cambio de Resistencia y limpieza general y pruebas e buen funcionamiento. Incluye refacciones, Lab. Multidisciplinario</p>	<p>Mantenimiento correctivo a Autoclave vertical, esterilizadora de metal de acero inoxidable De acero inoxidable con válvula de aire de 33 cm. de diámetro X 110 de Altura sin marca, sin modelo y sin número de serie, requiere cambio de 3 llaves mariposa, cambio de Resistencia, <u>cambio de sellos y de control de temperatura</u> y limpieza general y pruebas e buen funcionamiento. Incluye refacciones, Lab. Multidisciplinario</p>
50	<p>Mantenimiento correctivo y calibración de medidor de ph/mv de mesa res 0.01 ph con brazo integrado para el electrodo, marca HANNA mod. HI2211-02 S/N F0030582</p>	<p>Mantenimiento preventivo y correctivo, y calibración de medidor de ph/mv de mesa res 0.01 ph con brazo integrado para el electrodo, marca HANNA mod. HI2211-02 S/N F0030582</p>

Juntas de Aclaraciones

No. Partida	Cantidad	DICE	Debe decir o incluir	Estado del Equipo
83	1	Mantenimiento correctivo a potenciómetro marca hanna pH modelo 211 pH 0 a 14, t 0 a 100 c avanzado resolución 0.01 rango pH -2 a 16 sin serie 218543 fisiología Nutrición	Incluya nuevo electrodo y reemplazo del mismo.	No se logra calibrar para las soluciones de referencia
84	1	Mantenimiento correctivo a Microscopio binocular modelo fixed koler marca carl zeiss serie 3144018610 274095 fisiología Nut	SE CANCELA	SE CANCELA
85	1	Mantenimiento correctivo a microscopio marca lomo modelo bmh4-bf de modulo serie ntt0146 117550 fisiología Nut	Incluya lámpara nueva y reemplazo. Fisiología.	No enciende
86	1	Mantenimiento correctivo a microscopio marca lomo modelo bmh4-bf de modulo serie ntt0030 inventario 117549 fisiología Nut	Incluya lámpara nueva y reemplazo. Fisiología Nutrición	No enciende
87	1	Mantenimiento correctivo a microscopio marca lomo modelo bmh4-bf de modulo serie ntt0042 117553 fisiología Nut	Incluya lámpara nueva y reemplazo. Fisiología Nutrición	No enciende
88	1	Mantenimiento correctivo a potenciómetro marca oakton modelo pH 11 portátil rango pH -2 a16 serie 2200510 2200507 bienes 255064 y 255065 Almacén de reactivos	Cantidad: 2 equipos Incluya nuevo electrodo y reemplazo del mismo.	la calibración requiere demasiado tiempo, posible por electrodo dañado
89	1	Mantenimiento preventivo a Bomba de vacío Thermo Scientific Modelo 420290100FK No inventario 238836 (AAP)		En uso
90	1	Mantenimiento preventivo a Bomba de vacío Thermo Scientific Modelo 420290100FK No inventario 238837 (AAP)		En uso
91	1	Mantenimiento preventivo a Bomba de vacío Thermo Scientific Modelo 420290100FK No inventario 238838 (AAP)		En uso

Juntas de Aclaraciones

92	1	Mantenimiento preventivo a Bomba de vacío Thermo Scientific Modelo 420290100FK No inventario 238839 (AAP)		En uso
93	1	Mantenimiento preventivo a Microscopio marca Motic No inventario 232068 Serie 1100005930 Mod BA206(AAP)	Limpieza general y revisión de partes mecánicas	En uso
94	1	Mantenimiento correctivo a bascula marca tanita modelo BC-545 body composition monitor desprendible bien 238033 en Evaluación	Ubicación: Fisiología Nutrición	No enciende
95	1	Mantenimiento correctivo a bascula marca tanita modelo BC-545 body composition monitor desprendible bien 238034 en evaluación	Ubicación: Fisiología Nutrición	No enciende
96	1	Mantenimiento correctivo a bascula marca tanita modelo BC-545 body composition monitor desprendible bien 238036 evaluación		No proporciona datos correctos de peso y demás
97	1	Mantenimiento correctivo a bascula marca tanita modelo BC-545 body composition monitor desprendible serie 530314 bien 238037 evaluación		No proporciona datos correctos de peso y demás
98	1	Mantenimiento correctivo a Embudidora de salchicha marca sportman modelo OP4 DRM/LIC/722/15 capacidad de 11 libras bien 258222 nuevos productos		La línea que oprime el producto a embutir esta barrida
99	1	Mantenimiento correctivo a Bomba de vacío Lab Tech No inventario 96494 (AAP)		No hace vacío
100	1	Mantenimiento correctivo a Bomba de vacío sin marca No inventario 851 (AAP)		No hace suficiente vacío
101	1	Mantenimiento preventivo a Destilador marca Felisa No inventario 147702 (Destilación)		En uso

Juntas de Aclaraciones

102	1	Mantenimiento correctivo a equipo con No. de inventario 98765 refrigerador marca nieto modelo reb634 vertical 4 puertas cristal serie s2521j0029	Mantenimiento correctivo a equipo refrigerador marca nieto modelo reb 634 vertical 4 puertas de cristal serie s2521j0029, numero de bien 98765. Dietética Nutrición	No enfría
103	1	Mantenimiento correctivo a microscopio binocular modelo fixed koler marca carl zeiss serie 3144018610 No. de Inventario: 274095	Incluya lámpara nueva y reemplazo. Fisiología Nutrición	No enciende
104	1	Mantenimiento Correctivo a Refrigerador de 4 puertas Marca Torrey, No. de inventario 198865 realizar pruebas de calidad y cambio de refacciones con compresor.		No funciona
105	1	Mantenimiento correctivo a potenciómetro marca oakton modelo pH 5 acorn series meter pH 0 a 14, t 0 a 100 c avanzado resolución 0.01 serie 1446562 bien 180254 Almacén de reactivos	Incluya electrodo nuevo y reemplazo.	no se puede utilizar a falta de electrodo
106	1	Mantenimiento correctivo a Parrilla simultánea VWR Scientific Products No inventario 105052 (AAP) Farmacia		En uso
107	1	Mantenimiento correctivo a potenciómetro marca oakton modelo pH 5 acorn series meter pH 0 a 14, t 0 a 100 c avanzado resolución 0.01 serie 1446558 bien 180250 Almacén de reactivos	Incluya electrodo nuevo y reemplazo.	no se puede utilizar a falta de electrodo
108	1	Mantenimiento preventivo a Balanza digital (Adventure PRO OHACLS) Mod: AV212. Laboratorio de Farmacología	Revisión general y limpieza del sistema de la balanza pruebas de funcionamiento	funcionando
109	1	Mantenimiento preventivo a Balanza de precisión, marca ohaus, modelo: ts4ks, no. serie: 5275, no. inventario: 54206, color: beige	Incluye calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento	Funcionando, solo necesita calibración y limpieza

Juntas de Aclaraciones

110	1	Mantenimiento preventivo a Centrifuga clínica, MARCA: SOL-BAT, No. DE SERIE: 2303, No. INVENTARIO: 54292, COLOR: Verde	Incluye calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento	Funcionando, solo necesita calibración y limpieza
111	1	Mantenimiento preventivo a Balanza Ohaus Explorer No inventario 119832 Mod. AR2140 Serie 1086-1225060431 (AAP) Incluye la limpieza, calibración y suministro del cargador		Almacenado
112	1	Mantenimiento preventivo a máquina de hielo marca Cornelius modelo a f200pscr serie 63e0349bf009 cuarto de enfriamiento Nutrición		Requiere mantenimiento preventivo de revisión, ajustes los necesarios limpieza y nivelar línea de desagüe a salida para continua eliminación de agua
113	1	Mantenimiento preventivo a Refrigerador con puerta de vidrio marca Torrey S/N (AAP) Farmacia		En uso
114	1	Mantenimiento preventivo a Refrigerador dos puertas Torrey No inventario 179304 (Destilación) Farmacia	Mantenimiento correctivo, incluye cambio de compresor descompuesto	Descompuesto
115	3	Mantenimientos correctivos a Microscopios binoculares Carl Zeiss SN (AAP) Farmacia Con Nos. De Inventario 5310250260, 5310250261 y 5310250262	Revisión de partes mecánicas, limpieza de objetivos, cambio de cable de alimentación eléctrica	En uso, deficiente
116	1	Mantenimiento correctivo a parrilla calentamiento con agitación marca Corning modelo pc-420 de cerámica dimensión 13*18 cm serie 430505342388 bien146566 Almacén de reactivos		No agita solo calienta
117	1	Mantenimiento correctivo a parrilla de calentamiento/agitación, de 24.5 x24.5 cm, con plato de cerámica, marca corning No. de Inventario: 127847 Alimentos Funcionales		No enciende y en su momento se conectó a corriente de 220

Juntas de Aclaraciones

118	1	Mantenimiento correctivo a potenciómetro marca oakton modelo pH 11 series portátil rango pH -2 a16 serie 2034475 bien 239229 Almacén de reactivos	Incluya electrodo nuevo y reemplazo.	no se puede utilizar a falta de electrodo
119	1	Mantenimiento correctivo a potenciómetro marca oakton modelo pH 11 series portátil rango pH -2 a16 serie 2035533 bien 239234 Almacén de reactivos	Incluya electrodo nuevo y reemplazo.	no se puede utilizar a falta de electrodo
120	1	Mantenimiento correctivo a refrigerador marca thermoforma modelo 3775 vertical doble puerta de cristal capacidad 49,1 ft serie 785442949 No. Inventario 104914 fisiología Nutrición		No enfría y calienta
121	1	Mantenimiento preventivo a Congelador Scien Temp No inventario 60965 (Destilación)		En uso
122	1	Mantenimiento correctivo a Potenciómetro Hanna Instruments No inventario 238031 Mod HI 2211 (AAP) Requiere Electrodo NO SERIE 08667595	Incluya electrodo nuevo y reemplazo.	Almacenado
123	1	Mantenimiento preventivo a Potenciómetro Hanna Instrumnets No inventario 105071 Mod. 211(AAP) Requiere Electrodo	Incluya electrodo nuevo y reemplazo.	Almacenado
124	1	Mantenimiento correctivo a Potenciómetro marca Coleman No inventario 49124 Mod. 28C Serie M7984 (AAP) Requiere Electrodo	Incluya electrodo nuevo y reemplazo.	Almacenado
125	1	Mantenimiento correctivo a Potenciómetro marca Corning No inventario 49008 Mod. 7 Serie 4783 (AAP) Requiere Electrodo	Incluya electrodo nuevo y reemplazo.	Almacenado
126	1	mantenimiento correctivo a baño con temperatura controlada y con agitación reciproca a1050 scorpion scientific no. de inventario: 113297 nutrigenómica		no enciende y el control o perilla está barrido

Juntas de Aclaraciones

127	1	Mantenimiento correctivo a campana de extracción de humos de acero inoxidable y fibra de vidrio con cortina tipo guillotina de cristal, lámpara de luz de día, 150*75*220 cm bien 181950 Almacén de reactivos	Incluya tubería PVC de mayor diámetro necesaria para recolocar motor y lograr buena extracción.	No extrae, le retiraron el motor y requiere se instale otro que se tiene, así como una línea de mayor diámetro de tubería de PVC para mejorar la extracción.
128	1	Mantenimiento correctivo a campana de extracción de humos de acero inoxidable y fibra de vidrio con cortina tipo guillotina de cristal, lámpara de luz de día, 150*75*220 cm bien 181949 bioquímica	Incluya tubería PVC de mayor diámetro necesaria para el reemplazo de la actual y lograr buena extracción.	Extracción muy débil, requiere reemplazo de una parte de la línea de PVC a mayor diámetro para mejorar la extracción y le retiren un motor que tiene aparente conectado para ocupar uno de dos
129	2	Mantenimientos correctivos a Potenciómetro medidor de ph de precisión con calibración en dos puntos compensación por temperatura. hanna instruments. no. de inventario 5130215426	Cantidad: 1 equipo y un servicio Incluya electrodo para reemplazo.	Funciona
130	1	Mantenimiento correctivo a refrigerador marca tor-rey modelo R-36-2 doble puerta para laboratorio cap. 36 pies dos puertas de cristal ocho parrillas ajustables serie j091162 bien 189651 bioquímica		Elimina polvo blanco de manera continua, lamina superior ha quedado corroída y Si enfría (así se utiliza)
131	1	Mantenimiento correctivo a refrigerador marca tor-rey modelo R-36-2 doble puerta para laboratorio cap. 36 pies dos puertas de cristal ocho parrillas ajustables serie j091162 bien 189652 Fisiología		Elimina polvo blanco de manera continua, Elimina agua continuamente, lamina superior ha quedado corroída y Si enfría (así se utiliza)

Juntas de Aclaraciones

132	1	Mantenimiento correctivo a bascula marca tanita modelo bc-554 capacidad 2.5 kg plataforma de cristal bien 247153 en evaluación		No enciende
133	1	Mantenimiento correctivo a parrilla calentamiento con agitación marca wise stir modelo msh-20a analógica de daigger serie msh20a021024214 bien 181279 Almacén de reactivos		No enciende
134	1	Mantenimiento correctivo a parrilla calentamiento con agitación marca wise stir modelo msh-20a analógica de daigger serie msh20a081024203 bien 181278 Almacén de reactivos		No enciende
135	1	Mantenimiento correctivo a parrilla de calentamiento con agitación marca thermo modelo sp795025 scientific (thermolyne) de cerámica de 7*7 in rango de temperatura 150 a 538 °c rango de velocidad de 100 a 2500 rpm serie c1950130417236 bien 237927 Almacén de reactivos	Requiere el cambio de plataforma de cerámica.	plataforma de cerámica quebrada
136	1	Mantenimiento correctivo a parrilla de calentamiento con agitación marca thermo modelo sp795025 scientific (thermolyne) de cerámica de 7*7 in rango de temperatura 150 a 538 °c rango de velocidad de 100 a 2500 rpm serie c1950130417239 bien 237926 Almacén de reactivos		No enciende
137	1	Mantenimiento preventivo a Balanza digital (adventure PRO OHACLS) Mod: AV212 No serie 827100083. Laboratorio de Farmacología	Revisión general y limpieza del sistema de la balanza pruebas de funcionamiento	funcionando
138	1	Mantenimiento preventivo a Balanza electrónica (AND) No. Serie 14201400 INV: UAEH 00083397 esta ubicada en el laboratorio de Farmacología	Revisión general y limpieza del sistema de la balanza pruebas de funcionamiento	funcionando
139	1	Mantenimiento correctivo a Parrilla simultánea Thermolyne Cimarec SN (AAP) Mod. Sp131325 Serie 1768090160788. Farmacia	Requiere además de la reparación, Cambio de Cable de alimentación eléctrica.	Descompuesto

Juntas de Aclaraciones

140	1	Mantenimiento preventivo a Microscopio marca Motic No inventario 232069 Serie 1100005917 Mod BA206(AAP)		En uso, deficiente
141	1	Mantenimiento preventivo a Microscopio marca Velab No inventario 250260 (AAP)		En uso, deficiente
142	1	Mantenimiento preventivo a Microscopio marca Velab No inventario 250261 (AAP)		En uso, deficiente
143	1	Mantenimiento preventivo a Microscopio marca Velab No inventario 250262 (AAP)		En uso, deficiente
144	1	Mantenimiento preventivo a Microscopio marca Zeigen No inventario 237822 (AAP)		En uso, deficiente
145	1	Mantenimiento correctivo a microscopio binocular marca zeigen 4 objetivos 4x, 10x, 40x y 100x serie 1268614 1134655 sin número de bien fisiología Nut	Cantidad: 2 equipo se requieren dos servicios Incluya lámparas nuevas y reemplazo.	No enciende
146	1	Mantenimiento preventivo a microscopio biológico binocular con óptica planacromática en objetivos 4x,10x40x y 100x, cx31 marca olimpus. no. de Inventario 5130168868	Cambio de foco, Limpieza, ajuste general y pruebas de funcionamiento.	Funcionando.
147	1	Mantenimiento correctivo a Parrilla simultánea Thermolyne Cimarec 2 No inventario 106894 Mod SP46615 Serie 1066030189113 (AAP)		Descompuesto, No calienta
148	1	Mantenimiento correctivo a Parrilla simultánea Thermolyne Cimarec 2 No inventario 60994 Modelo SP46925 Serie 1069980602698 (AAP)	Cambiar cable de alimentación eléctrica	Descompuesto, No calienta
149	1	Mantenimiento correctivo a Parrilla simultánea Thermolyne Cimarec 2 No inventario 90995 Modelo SP46925 Serie 1069010541782 (AAP)		Descompuesto, Falso contacto.
150	1	Mantenimiento correctivo a Parrilla simultánea Thermolyne Cimarec 2 No inventario 90996 Modelo SP46925 Serie 1069010541747 (AAP)		Descompuesto. Hizo corto

Juntas de Aclaraciones

151	1	Mantenimiento preventivo a Parrilla simultánea Thermolyne Cimarec 2 SN Mod SP46925 Serie 1069020427369 (AAP) Farmacia		No enciende
152	1	Mantenimiento preventivo a Parrilla simultánea Thermolyne Cimarec 2 SN Mod SP46925 Serie 1069020748153 (AAP) Farmacia	Se requiere mantenimiento Correctivo	Descompuesto. No agita adecuadamente.
153	1	Mantenimiento correctivo a Parrilla simultánea Thermolyne Cimarec 2 SN Mod SP46925 Serie 106902427403 (AAP) Farmacia		Descompuesto, no enciende
154	1	Mantenimiento preventivo Limpieza y calibración de Balanza analítica Marca ADAMS No. Inventario 00220116		Funcionando.
155	1	Mantenimiento preventivo Microscopio Estereoscópico Marca Leica No. 1 No. de inventario 5485563		EYG
156	1	Mantenimiento preventivo Microscopio Estereoscópico Marca Leica No. 3 No. de Inventario 5486175		EYG
157	1	Mantenimiento correctivo Microscopio binocular Marca Karl Zeiss No. 6 NR463667 No. de Inventario 513065299 Embriología y genética		No sirve el apagador
158	1	Mantenimiento correctivo Microscopio binocular Marca Karl Zeiss No. 2 NR463663 No. de Inventario 513065295 Embriología y Genética		No sirve el apagador
159	1	Mantenimiento preventivo Microscopio binocular Marca Karl Zeiss No. 3 NR463664 No. de Inventario 513065296 Embriología y Genética		Funciona
160	1	Mantenimiento preventivo Microscopio binocular Marca Karl Zeiss No. 7 NR463668 No. de Inventario 513065300 Embriología y Genética		Funciona

Juntas de Aclaraciones

161	8	Mantenimientos correctivo a bascula de bolsillo marca jadever, modelo jkd capacidad 500 g con No. de Inventario 204500	Ubicación: Almacén de Reactivos. Nutrición.	No enciende
162	1	Mantenimiento correctivo a refrigerador marca refrimed modelo rbacdv-52 doble puerta para laboratorio 52 ft de capacidad rango de temperatura 1 a 10°C dimensiones internas 130*150*76 cm volts 115 50hz 12a bien 180744 bioquímica		No enciende
163	1	Mantenimiento preventivo a Espectrofotómetro. Laboratorio de Farmacología		En funcionamiento
164	1	Mantenimiento correctivo Lámparas quirúrgicas, sin número de serie, numero de inventario 55075 Quirófanos 1 y 2	Cambiar Quirófanos 1 y 2: Quirófanos. Realizar limpieza, ajuste, cambio de focos y pruebas de funcionamiento.	Funciona
165	1	Mantenimiento correctivo Lámparas quirúrgicas, sin número de serie, numero de inventario 55076 Quirófanos 1 y 3	Cambiar Quirófanos 1 y 3: Quirófanos. Realizar limpieza, ajuste, cambio de focos y pruebas de funcionamiento.	Funciona
166	1	Mantenimiento correctivo Lámparas quirúrgicas, sin número de serie, numero de inventario 55077 Quirófanos 1 y 4	Cambiar Quirófanos 1 y 4: Quirófanos. Realizar limpieza, ajuste, cambio de focos y pruebas de funcionamiento.	Funciona
167	1	Mantenimiento correctivo Lámparas quirúrgicas, sin número de serie, numero de inventario 55078 Quirófanos 1 y 5	Cambiar Quirófanos 1 y 5: Quirófanos. Realizar limpieza, ajuste, cambio de focos y pruebas de funcionamiento.	Funciona 1 foco fundido
168	1	Mantenimiento correctivo Lámparas quirúrgicas, sin número de serie, numero de inventario 55079 Quirófanos 1 y 6	Cambiar Quirófanos 1 y 6: Quirófanos. Realizar limpieza, ajuste, cambio de focos y pruebas de funcionamiento.	Funciona
169	1	Mantenimiento correctivo Lámparas quirúrgicas, sin número de serie, numero de inventario 55080 Quirófanos 1 y 7	Cambiar Quirófanos 1 y 7: Quirófanos. Realizar limpieza, ajuste, cambio	Funciona

Juntas de Aclaraciones

			de focos y pruebas de funcionamiento.	
170	1	Mantenimiento correctivo Lámparas quirúrgicas, sin número de serie, numero de inventario 55081 Quirófanos 1 y 8	Cambiar Quirófanos 1 y 8: Quirófanos. Realizar limpieza, ajuste, cambio de focos y pruebas de funcionamiento.	Funciona
171	1	Mantenimiento preventivo Microscopio binocular Marca Karl Zeiss No. 1 NR463662. No. de Inventario 513065294 Laboratorio de Embriología y genética		Funciona
172	1	Mantenimiento preventivo Microscopio binocular Marca Karl Zeiss No. 10 NR463671 No. de Inventario 65303 Lab Embriología y Genética		Funciona
173	1	Mantenimiento preventivo Microscopio binocular Marca Karl Zeiss No. 14 NR463677 No. de Inventario 65309 Lab Embriología y Genética. Laboratorio de Embriología y genética		Se ve borroso el objetivo de 40
174	1	Mantenimiento preventivo Microscopio Estereoscópico Marca Leica No. 2 5486177. No. de inventario 5130152627 Laboratorio de Embriología y genética		Funciona
175	1	Mantenimiento preventivo Microscopio Estereoscópico Marca Leica No. 4 5485759. No. de inventario 5130152626 Laboratorio de Embriología y genética		Funciona
176	1	Mantenimiento correctivo aspirador de secreciones, portátil con manómetro y frasco de 2 litros, marca siemens, modelo 7305d-d, numero de inventario 00-188084, Quirofono1	Realizar limpieza de tubos, válvulas y motor del aspirador y pruebas de funcionamiento.	No aspira
177	1	Mantenimiento correctivo Balanza Explorer Ohaus No inventario 00096476 Mod. E02130 Serie F2991120382558 (Biofarmacia)		En uso, deficiente

Juntas de Aclaraciones

178	2	Mantenimientos correctivo Centrifuga clínica, MARCA: SOL-BAT, No. DE SERIE: 2304, No. INVENTARIO: 54291, COLOR: Verde	Cantidad: 1 equipo un servicio , incluye reposición de tacómetro, calibración, limpieza, lubricación, ajuste y pruebas de funcionamiento	Funcionando, necesita un tacómetro nuevo, ya que el que tiene esta roto, limpieza y descalibrado
179	1	Mantenimiento correctivo TARJAS para lavado de instrumental quirúrgico, numero de inventario 54314 quirófano 1	Cambiar Quirófano 1; Quirófanos. Cambiar sensor de encendido. Pruebas de funcionamiento.	No funciona
180	1	Mantenimiento correctivo tarjas para lavado de instrumental quirúrgico, numero de inventario 54315 quirófano 2	Cambiar Quirófano 2; Quirófanos. Realizar el cambio de sensor de encendido. Pruebas de funcionamiento.	No funciona
181	1	Mantenimiento correctivo tarjas para lavado de instrumental quirúrgico, numero de inventario 55073 quirófano 3	Cambiar Quirófano 3; Quirófanos. Realizar el cambio de sensor de encendido. Pruebas de funcionamiento.	No funciona
182	1	Mantenimiento correctivo tarjas para lavado de instrumental quirúrgico, numero de inventario 55074 quirófano 4	Cambiar Quirófano 4; Quirófanos. sensor de encendido. Pruebas de funcionamiento.	No funciona
183	1	Mantenimiento correctivo tarjas para lavado de instrumental quirúrgico, numero de inventario 55703 quirófano 5	Cambiar Quirófano 5; Quirófanos. Realizar el cambio de sensor de encendido. Pruebas de funcionamiento.	No funciona
184	1	Mantenimiento correctivo Lámparas quirúrgicas, sin número de serie, numero de inventario 55082 Quirófanos 1 y 8	Cambiar Quirófanos 1 y 8; Quirófanos. Realizar limpieza, ajuste, cambio de focos y pruebas de funcionamiento.	Funciona
185	1	Mantenimiento preventivo Centrifuga clínica, marca: sol-bat, no. de serie: 2304, no. inventario: 54291, color: Verde	SE CANCELA	SE CANCELA
186	1	Mantenimiento preventivo Balanza analítica, marca chyoa, modelo jl200, no. serie 78920, no. inventario 54295, color beige. Bioquímica	Incluye calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento	Funcionando, solo necesita calibración y limpieza

Juntas de Aclaraciones

187	1	Mantenimiento correctivo mesa hidráulica, para cirugía veterinaria, marca grupo corsa, numero de inventario 00-184871, Quirófano 2	Reparar sistema hidráulico de elevación y de posición. Realizar pruebas de funcionamiento.	No funciona
188	1	Mantenimiento correctivo mesa hidráulica, para cirugía veterinaria, marca grupo corsa, numero de inventario 00-184866, Quirófano 1	Reparar sistema hidráulico de elevación y de posición. Realizar pruebas de funcionamiento.	Funciona
189	1	Mantenimiento correctivo mesa hidráulica, para cirugía veterinaria, marca grupo corsa, numero de inventario 00-184867, Quirófano 1	Reparar sistema hidráulico de elevación y de posición. Realizar pruebas de funcionamiento.	Funciona
190	1	Mantenimiento correctivo mesa hidráulica, para cirugía veterinaria, marca grupo corsa, numero de inventario 00-184868, Quirófano 2	Cambiar quirófano 2: quirófano 1. Reparar sistema hidráulico de elevación y de posición. Realizar pruebas de funcionamiento.	No funciona
191	1	Mantenimiento preventivo Espectrofotómetro, marca: jenway, modelo: 6305, no. serie: 3379, no. inventario: 149911, color: Blanco con azul	Incluye calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento	Funcionando, solo necesita calibración y limpieza
192	1	Mantenimiento correctivo aspirador de secreciones, portátil con manómetro y frasco de 2 litros, marca siemens, modelo 7305D-D, numero de inventario 00-188084, Quirofano2	Numero de inventario 00-188088. Realizar limpieza de tubos, válvulas y motor del aspirador y pruebas de funcionamiento.	No aspira
193	1	Mantenimiento preventivo Baño María, marca cole-parmer, modelo 12501-10, no. serie 1200495, no. inventario 54205	Incluye calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento	Funcionando, solo necesita calibración y limpieza
194	1	Mantenimiento correctivo aspirador de secreciones, portátil con manómetro y frasco de 2 litros, marca siemens, modelo 7305d-d, numero de inventario 00-188079, Quirofano2	Realizar limpieza de tubos, válvulas y motor del aspirador y pruebas de funcionamiento.	No aspira

Juntas de Aclaraciones

195	1	Mantenimiento correctivo aspirador de secreciones, portátil con manómetro y frasco de 2 litros, marca siemens, modelo 7305D-D, numero de inventario 00-188085, Quirófano 2	Realizar limpieza de tubos, válvulas y motor del aspirador y pruebas de funcionamiento.	No aspira
196	1	Mantenimiento correctivo Potenciómetro, marca daigger 5500, modelo 6173, No. serie jc04559, No. inventario 258461, color gris	Incluye electrodo, calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento	Necesita un electrodo nuevo, calibración y limpieza
197	1	Mantenimiento correctivo Centro de lavado Frigidaire 12 kg. De dos velocidades, sin número de serie, numero de inventario 178846 , Área de lavado blancos Quirófano	Realizar mantenimiento correctivo, limpieza, ajuste, lubricación y Pruebas de funcionamiento.	Funcionando con fuga en manguera de desagüe.
198	1	Mantenimiento Correctivo lavadora HS-6008 girbau, No. Inventario 5693264738 Área de lavado blancos Quirófano	Mantenimiento Preventivo, limpieza, lubricación, ajuste y pruebas de funcionamiento.	Funcionando.
199	1	Mantenimiento preventivo Microscopio binocular Marca Karl Zeiss No. 10 NR463671 No. de Inventario 513065303 Lab Embriología y Genética	No. 9 NR463670 No. de Inventario 65302, Incluye ajuste, limpieza, calibración y pruebas de funcionamiento.	Funcionando
200	1	Mantenimiento preventivo Microscopio binocular Marca Karl Zeiss No. 13 NR463676. No. de inventario 513065308 Laboratorio de Embriología y genética		Funcionando
201	1	Mantenimiento correctivo Microscopio binocular Marca Karl Zeiss No. 4 NR463665. No. de Inventario 513065297 Laboratorio de Embriología y genética		No sirve botón del apagador
202	1	Mantenimiento correctivo Balanza Ohaus Analytical Plus, No inventario 60991 Mod. AP310-0 Serie 1116210318 (Inmunología)		En uso, deficiente
203	1	Mantenimiento preventivo Microscopio binocular Marca Karl Zeiss No. 14 NR463677 No. de Inventario 653011 Lab Embriología y Genética.	No. 5 NR463668 No. de Inventario 513065300 Incluye ajuste, limpieza, calibración y pruebas	No sirve botón del apagador

Juntas de Aclaraciones

			de funcionamiento, reparación de botón	
204	1	Mantenimiento preventivo microscopio binocular marca carl zeiss modelos k4 de 3 objetivos. no. serie j260131852 no. inventario 00054039 lab de histología	Correctivo, incluye ajustes, limpieza y pruebas de funcionamiento	No enciende
205	1	Mantenimiento preventivo microscopio binocular marca carl zeiss modelos k4 de 3 objetivos. no. serie j260131861 no. inventario 00054030 lab de histología	Correctivo, incluye ajustes, limpieza y pruebas de funcionamiento	No enciende
206	1	Mantenimiento preventivo microscopio binocular marca carl zeiss modelos k4 de 3 objetivos. no. serie j2601311868 No. inventario 00054023 lab de histología	Correctivo, incluye ajustes, limpieza y pruebas de funcionamiento	No enciende
207	1	Mantenimiento preventivo microscopio binocular marca carl zeiss modelos k4 de 3 objetivos. no. serie j251131820 no. inventario 00054017 lab de histología	Correctivo, incluye ajustes, limpieza y pruebas de funcionamiento	Cabezal flojo
208	1	Mantenimiento correctivo Refrigerador Modelo CPI44199-01 No. de Inventario 5311278856	Preventivo	Funcionando
209	1	Mantenimiento correctivo Campana de extracción Lab con No inventario 105209 Serie 02095377671 (Farmacognosia)		En uso, deficiente
210	1	Mantenimiento correctivo medidor de PH Marca CORNING No. de Inventario 513081953 Fisiología	Incluye suministro de electrodo y pruebas de funcionamiento	No funciona , no enciende
211	1	Mantenimiento preventivo microscopio binocular marca carl zeiss modelos k4 de 3 objetivos. no. serie j2601311822 no. inventario 00054015 lab de histología		Alambre suelto
212	1	Mantenimiento preventivo microscopio binocular marca carl zeiss modelos k4 de 3 objetivos. no. serie j260131847 no. inventario 00054043 lab de histología		Objetivos con dificultad para enfocar

Juntas de Aclaraciones

213	1	Mantenimiento preventivo microscopio binocular marca carl zeiss modelos k4 de 3 objetivos. no. serie j2601311851 no. inventario 00054040 lab de histología	Correctivo, incluye ajustes, limpieza y pruebas de funcionamiento	No enciende
214	1	Mantenimiento preventivo microscopio binocular marca carl zeiss modelos k4 de 3 objetivos. no. serie J260131867 No. inventario 00054024 lab de histología		Cable roto
215	1	Mantenimiento preventivo MICROSCOPIO binocular marca carl zeiss modelos k4 de 3 objetivos. no. serie j2601311863 no. inventario 00054028 lab de histología		Se sobre calienta
216	1	Mantenimiento correctivo potenciómetro conductrionic pH 120 No. de Inventario 5310250736 . Fisiología	Incluye suministro de electrodo y pruebas de funcionamiento	No funciona , no enciende
217	1	Mantenimiento correctivo Balanza Citizen No inventario 158775 Mod. CX220 Serie 155846106 (AAP) PIFI2005	Requiere Calibración	Almacenado, no estable cuando se realiza pesado de reactivos
218	1	Mantenimiento preventivo Friabilizador marca Elecsa No inventario 819 (Fisicoquímica fisiológica)	Correctivo	En uso, deficiente, Se atora, no gira bien
219	1	Mantenimiento preventivo Friabilizador marca Erweka No inventario 104852 (Fisicoquímica fisiológica)	Correctivo	En uso, deficiente, Se atora, no gira bien
220	1	Mantenimiento preventivo que incluye además limpieza y calibración e incluye cargador Balanza Explorer Ohaus No inventario 96475 Mod. E02130 SerieFN2991120391013 (AAP) Falta cargador		Almacenado
221	1	Mantenimiento correctivo Tableteadora marca Stokes No Inventario 817 (Fisicoquímica Fisiológica)	Lubricación de piezas mecánicas, revisión de motor	En uso, deficiente
222	1	Mantenimiento correctivo Autoclave vertical marca Daihan Wacs-1080 No		Descompuesto, No enciende, se desconoce la causa

Juntas de Aclaraciones

		inventario 181603 LABORATORIO DE Inmunología)		
223	1	Mantenimiento preventivo microscopio marca carl zeiss. No. serie 463678 No de inventario 65310 Fisiología	(No 2) Requiere limpieza, ajuste revisión general, y pruebas de funcionamiento	funcionando falta botón y filtro
224	1	Mantenimiento preventivo microscopio marca carl zeiss. No. serie 463680 No de inventario 65312 Fisiología	(No 4) Requiere limpieza, ajuste revisión general y pruebas de funcionamiento	funcionando y falta filtro
225	1	Mantenimiento preventivo microscopio marca carl zeiss. No. serie 463681 No de inventario 65313 Fisiología	(No 3) Requiere limpieza, ajuste revisión general y pruebas de funcionamiento	funcionando botón flojo y falta filtro
226	1	Mantenimiento preventivo microscopio marca carl zeiss. No. serie 463673 No de inventario 65305 Fisiología	(No 6) Requiere limpieza, ajuste revisión general y pruebas de funcionamiento	funcionando falta botón y filtro
227	1	Mantenimiento preventivo microscopio marca carl zeiss. No. serie 463674 No de inventario 65306 Fisiología	(No 1) Requiere limpieza, ajuste revisión general y pruebas de funcionamiento	funcionando checar botón de encendido y falta filtro
228	1	Mantenimiento preventivo microscopio marca carl zeiss. No. serie 463666 No de inventario 65298 Fisiología	(No 5) Requiere limpieza , ajuste revisión general y pruebas de funcionamiento	funcionando y falta filtro
229	1	Mantenimiento preventivo que incluye además limpieza y calibración Balanza Analítica Marca Sartorius Group, No Inventario 00188719 HOSPITAL DEL NIÑO		En uso, deficiente
230	1	Mantenimiento preventivo que incluye además limpieza y calibración Balanza Analítica Ohaus, Marca Pioneer, No serie B306037814, No inventario 00238840 hospital del niño		En uso, deficiente

Juntas de Aclaraciones

231	1	Mantenimiento preventivo que incluye además limpieza y calibración Balanza Analítica Ohaus, Marca Pioneer, No serie B306037817, No inventario 00238841 hospital del niño		En uso, deficiente
232	1	Mantenimiento preventivo que incluye además limpieza y calibración Balanza Oahus Adventure; No serie I1751225111798No inventario 00119831 hospital del niño		En uso, deficiente
233	1	Mantenimiento preventivo que incluye además limpieza y calibración Balanza Ohaus Adventurer; No serie IO861225060430P ; No inventario 001198300 Hospital del niño		En uso, deficiente
234	1	Mantenimiento preventivo a microscopio estereoscópico. Fisiología No. inventario 82683	Requiere de limpieza ajuste, revisión general y pruebas de funcionamiento	Las pinzas están oxidada y el vidrio del encendido
235	1	Mantenimiento preventivo Parrilla de calentamiento con agitación, MARCA Cole-Parmer, No. SERIE C1921131131070, color azul No. inventario 249604	Incluye calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento	Funcionando, solo necesita calibración y limpieza
236	1	Mantenimiento preventivo Parrilla de calentamiento con agitación, MARCA Cole-Parmer, No. SERIE C1921131161071, color azul INV 249607	Incluye calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento	Funcionando, solo necesita calibración y limpieza
237	1	Mantenimiento preventivo Parrilla de calentamiento con agitación, MARCA Corning, No. SERIE 133511025271, color gris No. inventario 5130217042	Incluye calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento	Funcionando, solo necesita calibración y limpieza
238	1	Mantenimiento preventivo Parrilla de calentamiento con agitación, MARCA Corning, No. serie 133511025691, color gris No. inventario 5130217043	Incluye calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento	Funcionando, solo necesita calibración y limpieza
239	1	Mantenimiento correctivo mesa hidráulica, para cirugía veterinaria, marca grupo corsa, numero de inventario 00-184862, Quirófano 1Preventivo/Correctivo	Cambiar Quirófano 1Preventivo/Correctivo: Quirófano. Reparar sistema hidráulico de elevación y de posición.	No funciona

Juntas de Aclaraciones

240	1	Mantenimiento correctivo mesa hidráulica, para cirugía veterinaria, marca grupo corsa, numero de inventario 00-184863, Quirófano 1 Preventivo/Correctivo	Cambiar Quirófano 1 Preventivo/Correctivo: Quirófano 1. Reparar sistema hidráulico de elevación y de posición y pruebas de funcionamiento.	No funciona
241	1	Mantenimiento correctivo mesa hidráulica, para cirugía veterinaria, marca grupo corsa, numero de inventario 00-184865, Quirófano 1 Preventivo/Correctivo	Cambiar Quirófano 1 Preventivo/Correctivo: Quirófano 1. Reparar sistema hidráulico de elevación y de posición.	No funciona. Varilla rota.
242	1	Mantenimiento correctivo mesa hidráulica, para cirugía veterinaria, marca grupo corsa, numero de inventario 00-184870, Quirófano 2 Preventivo/Correctivo	Numero de inventario 00-184874. Cambiar Quirófano 1 Preventivo/Correctivo: Quirófano 1. Reparar sistema hidráulico de elevación y de posición.	No funciona
243	1	Mantenimiento correctivo Campana de extracción Lab con No inventario 105210 Serie 02095377817 (Investigación)		En uso, deficiente. no hace una adecuada extracción. No se ha realizado mantenimiento desde hace más de 10 años
244	1	Mantenimiento preventivo Parrilla de calentamiento y agitación (Corning) PC-420 No. Serie 44036 Ubicada en el laboratorio de Farmacología inv.217042	Revisión general, limpieza y calibración del sistema de agitación y de calentamiento.	Revisión general, limpieza y calibración del sistema de agitación y de calentamiento
245	1	Mantenimiento correctivo Lavadora automática Whirlpool de 6 ciclos con número de serie C24020744 de 16 kg., modelo 7MWTW1808AW0, Área de lavados blancos Quirófano. Numero de inventario 5290239363	Cambiar de 16 Kg: a 18 Kg. Realizar mantenimiento preventivo.	Funcionando
246	1	Mantenimiento preventivo microscopio binocular marca carl zeiss modelos k4 de 3 objetivos. No. serie j260131854 No. inventario 00054037 lab de histología		Revisión general

Juntas de Aclaraciones

247	1	Mantenimiento preventivo microscopio binocular marca carl zeiss modelos k4 de 3 objetivos. No. serie j2601311853 No. inventario 00054038 lab de histología	Correctivo, incluye ajustes, limpieza y pruebas de funcionamiento	Botón de encendido flojo y sobrecalentamiento
248	1	Mantenimiento preventivo microscopio binocular marca carl zeiss modelos k4 de 3 objetivos. No. serie j260131872 No. inventario 00054019 lab de histología		Revisión general
249	1	Mantenimiento correctivo aspirador de secreciones, portátil con manómetro y frasco de 2 litros, marca siemens, modelo 7305D-D, numero de inventario 00-188081, Quirofano1. Correctivo.	Realizar limpieza de tubos, válvulas y motor del aspirador y pruebas de funcionamiento.	No aspira
250	1	Mantenimiento correctivo aspirador de secreciones, portátil con manómetro y frasco de 2 litros, marca siemens, modelo 7305D-D, numero de inventario 00-188078 , Quirófano 1	Realizar limpieza de tubos, válvulas y motor del aspirador y pruebas de funcionamiento.	No aspira
251	1	Mantenimiento correctivo aspirador de secreciones, portátil con manómetro y frasco de 2 litros, marca siemens, modelo 7305D-D, numero de inventario 00-188082, Quirófano 1	numero de inventario 00-188080, Realizar limpieza de tubos, válvulas y motor del aspirador y pruebas de funcionamiento.	No aspira
252	1	Mantenimiento preventivo microscopio binocular marca carl zeiss modelos k4 de 3 objetivos. No. serie j260131848 No. inventario 00054042 lab de histología		Revisión general
253	1	Mantenimiento correctivo aspirador de secreciones, portátil con manómetro y frasco de 2 litros, marca siemens, modelo 7305D-D, numero de inventario 00-188083, Quirofano1	Realizar limpieza de tubos, válvulas y motor del aspirador y pruebas de funcionamiento.	No aspira
254	1	Mantenimiento preventivo microscopio binocular marca carl zeiss modelos k4 de 3 objetivos. No. serie j260131870 No. inventario 00054021 lab de histología Preventivo		Revisión general

Juntas de Aclaraciones

255	1	Mantenimiento correctivo aspirador de secreciones, portatil con manómetro y frasco de 2 litros, marca siemens, modelo 7305D-D, numero de inventario 00-188090, Quirófano 2	Realizar limpieza de tubos, válvulas y motor del aspirador y pruebas de funcionamiento.	No aspira
256	1	Mantenimiento preventivo microscopio binocular marca carl zeiss modelos k4 de 3 objetivos. no. serie j260131862 no. inventario 00054029 lab de histología		Revisión general
257	1	Mantenimiento correctivo microscopio binocular marca carl zeiss modelos k4 de 3 objetivos. No. serie j2601311857 No. inventario 00054034 lab de histología correctivo		Revisión general
258	1	Mantenimiento correctivo Lavadora automática Whirlpool de 6 ciclos de 18 kg., modelo 7MWTW1808AW0, Área de lavados blancos Quirófano. No. inventario 5290239364	Realizar mantenimiento correctivo de agitador, limpieza, lubricación y Pruebas de funcionamiento.	Agitador roto.
259	1	Mantenimiento correctivo estuche de diagnóstico welch. Fisiología No. inventario 5321253732 correctivo	Revisión general y pruebas de funcionamiento	No funciona , no enciende
260	1	Mantenimiento correctivo Lavadora centrifuga de acero inoxidable de 16 kg. Marca LG modelo WFS1638EKD, numero de inventario 00-200766, sin número de serie, Área de lavado blancos Quirófano No. de inventario 5620200766	Mantenimiento preventivo y pruebas de funcionamiento.	Funcionando.
261	1	Mantenimiento correctivo Microscopio quirúrgico sin número de serie, CCD-IRIS, color video cámara SONY, Carl Zeis, OPMI 1-FC, 274269T, Quirófano 1 No. de inventario 513065537	Mantenimiento preventivo y correctivo con pruebas de funcionamiento.	Funcionando
262	1	Mantenimiento correctivo Autoclave marca Equimed No. de serie 28450 volumen de cámara aproximado 150HPR x 1000mm del f 440, con número de serie 28450, numero de inventario 513054816, CEyE Quirófano 65535	Mantenimiento reparación, incluye limpieza, calibración ajuste y pruebas de funcionamiento.	No funciona

Juntas de Aclaraciones

263	1	Mantenimiento preventivo Incubadora. Fisiología inv. 5130195557 preventivo.	Revisión general y limpieza	Funciona
264	1	Mantenimiento correctivo mesa hidráulica, para cirugía veterinaria, marca grupo corsa, numero de inventario 00-184860, Quirófano 1	Numero de inventario 00-1848664, Quirófano 1. Reparar sistema hidráulico de elevación y de posición., ajuste y pruebas de funcionamiento.	No funciona
265	1	Mantenimiento correctivo aspirador de secreciones, portátil con manómetro y frasco de 2 litros, marca siemens, modelo 7305D-D, numero de inventario 00-188091, Quirófano 2	Número de inventario 00-1880889, Quirofono2. Realizar limpieza de tubos, válvulas y motor del aspirador y pruebas de funcionamiento.	No aspira
266	1	Mantenimiento preventivo microscopio binocular marca carl zeiss modelos k4 de 3 objetivos. no. serie j2601311871 No. inventario 00054020 lab de histología Preventivo		Ajuste de cable
267	1	Mantenimiento preventivo microscopio binocular marca carl zeiss modelos k4 de 3 objetivos. No. serie j2601311873 No. inventario 00054018 lab de histología Preventivo		Ajuste de cable
268	1	Mantenimiento preventivo Balanza Explorer Ohaus No inventario 96477 Mod. E02130 Serie F2991120373692 (Farmacognosia) preventivo, limpieza, calibración		Almacenado
269	1	Mantenimiento preventivo Balanza Explorer Ohaus No inventario 96478 Mod. E02130 Serie F29920391017 (Fisicoquímica fisiológica)PREVENTIVO, LIMPIEZA, CALIBRACION		En uso, deficiente
270	1	Mantenimiento correctivo Centrífuga Clínica SOLBAT No. inventario 00054293. Microbiología		No gira.

Juntas de Aclaraciones

271	1	Mantenimiento correctivo mesa hidráulica, para cirugía veterinaria, marca grupo corsa, numero de inventario 00-184861, Quirófano 1	Reparar sistema hidráulico de elevación y de posición. Realizar pruebas de funcionamiento.	No funciona
-----	---	--	--	-------------

B) Por el concursante:

1. Roberto Blanco Lunar al manifestar sus dudas vía electrónica se le aclara

Partida	Pregunta	Respuesta
88	Referente a potenciómetro marca oakton modelo pH 11 portátil rango pH -2 a 16 serie 2200510, 2200507 bienes 255064 y 255065 Almacén de reactivos Se refiere a 2 equipos ya que tiene dos números de serie, la pregunta es: ¿debemos considerar dos equipos diferentes? Lo que significa que en la columna de cantidad debería mencionar 2 en lugar de 1	Son dos equipos diferentes, y fue aclarada por la convocante.
50,58, 83, 88,105, 107,118, 119,122, 123,124, 125,129, 196,210, 216	¿En los servicios a los medidores de PH, se deberá considerar el suministro de electrodo nuevo para alguno de ellos? de ser así solicitamos sea especificado en la descripción del bien como requisito ya que de lo contrario no se garantiza el buen funcionamiento del equipo y que todos los licitantes los consideremos en la propuesta.	Se debe considerar el suministro de un electrodo nuevo para todos los equipos
145	Se refiere a microscopio binocular marca zeigen 4 objetivos 4x, 10x, 40x y 100x serie 1268614 1134655 sin número de bien fisiología Nut. Pregunta: ¿corresponde a dos equipos con series diferentes o que debemos entender?	Son dos equipos diferentes, y fue aclarada por la convocante.

Juntas de Aclaraciones

178 y 185	Las descripciones son exactamente iguales, podrían aclarar esta situación	La partida 178 es correcta, mientras que la 185, ya fue aclarada por la convocante
172 y 199	Las descripciones son exactamente iguales, podrían aclarar esta situación	La partida 172 es correcta, mientras que la 199, ya fue aclarada por la convocante
173 y 203	Las descripciones son exactamente iguales solo cambia un número, podrían aclarar esta situación	La partida 173 es correcta, mientras que la 203 ya fue aclarada por la convocante
60,63, 64, 65,66, 71, 72,73, 74, 75,76 y 77	Requieren el cambio de llaves de agua, gas y aire cambio de contactos y tapas eléctricos, canastas para tarja y empaques de las mezcladoras, si esto es correcto solicitamos se agregue a la descripción del servicio	Si se requiere y ya fue aclarada por la convocante.

Quedan debidamente notificados los licitantes, que la fecha para el acto de presentación y apertura de ofertas técnicas y económicas tendrá verificativo el día veintisiete de agosto del año dos mil diecinueve a las nueve horas con treinta minutos en este mismo recinto.


Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las doce horas del mismo día en que se actúa, firmando para su debida constancia todos y cada uno de los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, previa lectura y ratificación de su contenido.

Comisión Gasto- Financiamiento
Instalada como
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Dr. Saúl Agustín Sosa Castelán
Presidente
L.E.M. Anabell Alfaro Flores
Representante

L.C. Estela Galindo Ortega
Secretaria
Mtro. Juan Carlos Peña Manzano
Representante

Juntas de Aclaraciones



C.P. Ramiro Mendoza Cano
Vocal
L.C. Luis Nava Contreras
Representante



L.A.E. Jorge Augusto del Castillo Tovar
Vocal
Mtro. Guillermo González Naranjo
Representante



L.C. Gabriela Mejía Valencia
Vocal
L.A. Juan Carlos Pérez Cruz
Representante



Dr. Roberto Rodríguez Gaona
Asesor
Lic. Mariana Figueroa Santillán
Representante



Juntas de Aclaraciones

**Sin
Texto**